管理番号

TDA163

動作確認チェックシート

検査日	2014年　3月　12日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	UV光量計	電源電圧	AC100V		
型式	UV－350	周波数	（50 ・ 60）Hz		
メーカー名	オーク製作所				
機械Ser,No	K01277				
製造年月	1993年　3月				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	—
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観　多少のキズ・型式名など削れ有り

・表示部　(OK)・NG

・充電器　(OK)・NG

【測定動作】

弊社内の露光機を使用し積算光量測定実施（測定範囲320nm～390nm　ピーク感度波長360nm）

・同一箇所、10回測定実施　バラツキ無し　(OK)・NG

※同型号機及びメーカーによっても測定値の多少の違いが有る為、測定数値の補償は出来ません。
メーカーでの校正は必要かと思います。

【校正履歴】

・㈱オーク製作所様での、二度校正履歴有り
最終校正：平成10年5月15日

取扱説明書（有）・無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　（備考欄コメント）　[責任者]

動作（OK・NG）　作業工数[　1．5H]

検査担当者[　穂苅　]

ユーザー名【　】出荷日　年　月　日

ASK INDEX